

URBROJ: 05-3200

U Zagrebu, 13. travnja 2026. godine

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) te Upute Ministarstva zdravstva o načinu korištenja proračunskih sredstava i ishođenju suglasnosti (KLASA: 400-06/24-03/04, URBROJ: 534-05/1-24-04 od 16. travnja 2025. godine), Služba za nabavu i fondove Europske unije sastavlja i objavljuje sljedeći:

ZAPISNIK O PROVEDENIM TEHNIČKIM KONZULTACIJAMA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj je u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, na svojim internetskim stranicama objavio Javni poziv na tehničke konzultacije.

Uz Javni poziv, Naručitelj je na istom mjestu objavio nacrt tehničkih specifikacija (troškovnika) i kriterije odabira ponude te je pozvao sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe, prijedloge i savjete.

1. PREDMET NABAVE:

Nabava opreme za Kliniku za kirurgiju nakon obnove od potresa

Grupa 1. Pokretni mini C-luk

Grupa 2. Instrument stolić

Grupa 3. Sukcijske pumpe

Grupa 4. Elektrokirurški generator

Grupa 5. Fleksibilni koledohoskop

Grupa 6. Kirurški instrumenti I.

Grupa 7. Vaskularni kirurški instrumenti.

2. EVIDENCIJSKI BROJ:

EMV_144-26_KBM

3. DATUM POČETKA TEHNIČKIH KONZULTACIJA:

31. ožujka 2026. godine

4. DATUM ZAVRŠETKA TEHNIČKIH KONZULTACIJA:

08. travnja 2026. godine

5. NAVOD JE LI TIJEKOM TRAJANJA TEHNIČKIH KONZULTACIJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK:

Tijekom trajanja tehničkih konzultacija Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

6. ODGOVORI NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I/ILI PRIJEDLOGE GOSPODARSKIH SUBJEKATA:

Upit 1.

Poštovani,

nastavno na objavljeni poziv na tehničke konzultacije za postupak Nabava opreme za Kliniku za kirurgiju nakon obnove od potresa, po grupama, Grupa 1.

Pokretni mini C-luk, Grupa 2. Instrument stolić, Grupa 3. Sukcijske pumpe, Grupa 4. Elektrokirurški generator, Grupa 5. Fleksibilni koledohoskop, Grupa 6. Kirurški instrumenti I., Grupa 7. Vaskularni kirurški instrumenti, ovim putem dostavljamo prijedlog izmjene tehničke specifikacije za Grupu 3: Sukcijske pumpe.

1.7.

Podešavanje snage vakuma na minimalno sljedeće načine:

Kontinuirano putem okretnog regulatora. Odabir snage sukcije u minimalno predpodešena 3 stupnja nožnom pedalom.

Prijedlog nove specifikacije:

1.7.

Podešavanje snage vakuuma na minimalno sljedeće načine:

A. Kontinuirano putem okretnog vakuumskeg regulatora

B. Odabirom protoka sukcije u minimalno predpodešena 3 stupnja

C. Nožnim regulatorom vakuuma

Objašnjenje

Prihvatanjem prijedloga izmjene specifikacije se na jasan i nedvojbeni način opisuje tehnička karakteristika za stavku 1.7.

Odgovor:

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta.

Upit 2.

Nastavno na objavljeni poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupka nabave za predmet: Nabava opreme za Kliniku za kirurgiju nakon obnove od potresa, po grupama, dostavljamo naš prijedlog za izmjenu odnosno dopunu troškovnika (tehničkih specifikacija) (označeno crveno i u privitku u excele

formatu) za grupu 3. Sukcijske pumpe:

Opis stavke troškovnika -

Minimalne tehničke karakteristike koje

trebaju biti zadovoljene

1. Sukcijske pumpe

- 1.1. protok minimalno: 43 l/min
- 1.2. 230V 50Hz 110 VA Prihvaća se
- 1.3. na mobilnom stalku Prihvaća se
- 1.4. sa nosačem za 2 boce Prihvaća se
- 1.5. 2 sekrecijske boce minimalo 4L s poklopcima Prihvaća se
- 1.6. set bakterijskih filtera Prihvaća se
- 1.7. snaga minimalno 250V Prihvaća se
- 1.8. težina 23.8 kg Ne prihvaća se
- 1.9. intezitet 1.3 A Ne prihvaća se
- 1.10. 3 m električni kabel Ne prihvaća se
- 1.11. dimenzije 960*430*340 mm Ne prihvaća se

Odgovor:

Naručitelj djelomična prihvaća navedeni zahtjev gospodarskog subjekta.

Upit 3.

Poštovani,

nastavno na poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupka nabave "Nabava opreme za Kliniku za kirurgiju nakon obnove od potresa, po grupama"

ovime dostavljamo primjedbe i molbu za izmjenu stavki tehničkih specifikacija za "Grupa 1. Pokretni mini C-luk" kako slijedi:

Stavka 4.10. glasi:

"Vrijeme do paljenja sustava maks. 240 sek."

Obzirom da vrijeme uključivanja uređaja od maksimalno 240 sekundi nije značajno bitna tehnička karakteristika jer se uređaj priprema i uključuje prije same operacije, te kod svake pretrage ima dovoljno vremena za pripremu i uključivanje molimo za brisanje stavke.

Molimo izmjenu predloženih karakteristika.

Odgovor:

Naručitelj ne prihvaća navedeni zahtjev gospodarskog subjekta.

Ponekad se potreba za Rtg uređajem javi nenadano tijekom operacije, bez prethodne pripreme. Zbog toga je vrijeme do paljenja bitno da se ne čeka dugo na paljenje uređaja.

7. ZAVRŠNE ODREDBE I OBJAVA:

Po završetku tehničkih konzultacija Naručitelj je izradio ovaj Zapisnik koji će biti objavljen na internetskoj stranici Naručitelja, odnosno na istom mjestu na kojem je prethodno objavljen javni poziv.

Klinička bolnica Merkur